

Name: Gas alert BW CLIP SO2	Code: FG110001	FG11 ELEKTROAUSRÜSTUNG GASDETEKTOREN
------------------------------------	-----------------------	---

Beschreibung und Materialien

Das Einzelgasmessgerät BW Clip SO2 ist ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Funktioniert bis zu zwei Jahre ohne Wartung: Das Gerät einfach aktivieren, damit es kontinuierlich arbeitet, ohne Kalibrierung, Sensortausch oder Batteriewechsel bzw. Aufladen.

Eigenschaften:

- Wartungsfrei: kein Sensor- oder Batteriewechsel erforderlich
- Kompaktes und leichtes Design mit Ein-Tasten-Bedienung
- Entwickelt, um rauen Umgebungsbedingungen und extremen Temperaturen zu widerstehen
- Automatischer Selbstdiagnostiktest von Batterie, Sensoren und elektronischen Komponenten
- Gut sichtbares Blinklicht mit gleichzeitigen Vibrations- und akustischen Alarmen
- Automatische Aufzeichnung der 35 letzten Gasereignisse und der Ergebnisse der Aufprallprüfung
- Wasserfest.
- Kompatibel mit MicroDock II.
- Einführung des automatischen IntelliDox-Systems, das schnellere Bump-Tests, eine Reduzierung des Gasverbrauchs und die Möglichkeit der Anpassung an betriebliche Anforderungen ermöglicht.

Abmessungen: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Gewicht: 92g

Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% RH (nicht kondensierend)

Alarmer Optisch, Vibration, akustisch (95 dB) - Niedrig, hoch

Test: Aktivierte Melder führen automatisch alle 24 Stunden einen internen Diagnostiktest durch.

Schutzart IP 66/67

Zertifizierungen: Klasse I, Div. 1, Gruppe A, B, C, D

Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4

DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063



Kategorie	Farben	Größen Auf Bestellung gefertigt: U Vorrätig:
Menge pro Karton 1	Bezugsnorm ATEX Werte: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Werte: Ex ia IIC T4 Ga	Wichtige Hinweise An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt lagern. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise