SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Detector BW CLIP H2S 2 a¶os	**C· digo: FG110003**	**FG11 EQUIPOS EL£CTRICOS DETECTORES DE GASES**

Descripci· n

El detector de un solo gas BW Clip H2S es el producto ideal para quienes realizan actividades en ambientes peligrosos. Funciona hasta dos a¶os, sin mantenimiento: Es suficiente activar el dispositivo para que funcione constantemente, sin ninguna calibraci· n, sustituci· n de los sensores, ni cambio o carga de la bater²a. Adem§s, con BW Clip es posible poner el dispositivo en suspensi· n coloc§ndolo en un alojamiento espec²fico cuando no se utiliza durante m§s de una semana, de esta manera se prolonga su vida ¼til durante dicho per²odo.

Caracter²sticas:
- Ning¼n mantenimiento: no necesita ning¼n cambio de los sensores o bater²as
- Dise¶o compacto y ligero con funcionamiento con un solo bot· n
- Dise¶ado para resistir a condiciones ambientales severas ya temperaturas extremas
- Prueba de autodiagn· stico autom§tica de bater²a, sensores y componentes electr· nicos
- Indicador intermitente de amplia visibilidad con alarma ac½stica y vibraci· n simult§nea
- Registro autom§tico de los 35 eventos m§s recientes de presencia de gas y de los resultados del ensayo de impacto
- Resistente al agua.
- Compatible con MicroDock II.

Introducci· n del sistema autom§tico IntelliDox para pruebas de verificaci· n m§s r§pidas, reducci· n del consumo de gas, posibilidad de personalizaci· n seg¼n las exigencias operativas

Medidas: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Humedad: 5 % - 95 % HR (sin condensaci· n)
Alarmas visual, vibratoria, ac½stica (95 dB) ÅBaja, alta
Prueba: Los detectores activados realizan autom§ticamente una prueba de diagn· stico interno cada 24 horas.
Grado deprotecci· n IP 66/67

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
Clase I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categor²a	Color	Tallas
		Por encargo: U En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	ATEX Valores:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado