SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: GAS ALERT BW CLIP CO - 2 ANS	**Code: FG110004**	**FG11 APPAREILS ÉLECTRIQUES DÉTECTEURS DE GAZ**

Description

Le détecteur de gaz BW Clip CO est idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements dangereux. Il fonctionne jusqu'à deux ans sans entretien: Il suffit de tourner sur l'appareil pour que cela fonctionne constamment, sans calibration, remplacement du capteur et aucune remplacement de la batterie. Avec BW Clip, vous pouvez mettre l'appareil en modalité hibernation en le pla- ant dans un logement approprié lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine: ceci prolonge la vie de l'appareil pour cette période.

Caractéristiques:
- Pas d'entretien: il ne nécessite pas le remplacement des capteurs ou de batterie.
- Design compact et léger qui fonctionne avec un seul bouton.
- Con- u pour résister à des environnements difficiles et à des températures extrêmes.
- Fonctionautotest pour le contrôle de l'intégrité de la batterie, des capteurs et des composants électroniques.
- Clignotant avec alarme sonore et vibration simultanée.
- Enregistrement automatique des 35 événements les plus récents de la fuite et les résultats des testsde choc.
- Résistant à l'eau.
- Compatible avec le MicroDock II.
- Introduction du système automatique IntelliDox qui permet desBump Tests plus rapides, réduction de la consommation de gaz, possibilité de personnalisation en fonction des besoins opérationnels.

Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Poids: 92 g
Humidité: 5% - 95% UR (sans condensé)
Alarm visuel, à vibration, acoustique (95 dB) Baisse/Haute
Test: Les détecteurs activés exécutent automatiquement un test de diagnostic interne une fois par 24 heures.
Degré de protection IP 66/67

Certifications: Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
Classe I, Zone 0, Groupe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Catégorie	Couleurs	Tailles disponibles
		Sur commande: U En stock:

Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements
1	ATEX Valeurs:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valeurs:Ex ia IIC T4 Ga	Idéal pour détecter la présence de Monoxyde de Carbone. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait état, autrement, procédez à son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière.

Dextérité	Guide à l'entretien