SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: GAS ALERT BW CLIP O2 - 2 ANS	**Code: FG110005**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ**

Description

Le d®tecteur de gaz BW Clip O2 est id®al pour ceux qui travaillent dans des environnements dangereux. Il fonctionne jusqu¨ deux ans sans entretien: Il suffit de tourner sur l'appareil pour que cela fonctionne constamment, sans calibration, remplacement du capteur et aucune remplacement de la batterie.

Caract®ristiques:
- Pas d'entretien: il ne n®cessite pas le remplacement des capteurs ou de batterie.
- Design compact et l®ger qui fonctionne avec un seul bouton.
- Con- u pour r®sister ¨ des environnements difficileset ¨ des temp®ratures extr° mes.
- Fonction autotest pour le contr¹ le de l'int®grit®de la batterie, des capteurs et des composants®lectroniques.
- Clignotant avec alarme sonore et vibration simultan®e.
- Enregistrement automatique des 35 ®v®nements les plus r®cents de la fuite et les r®sultats des tests de choc.
- R®sistant ¨ l'eau.
Ł Compatible avec le MicroDock II.
Ł Introduction du syst¯me automatique IntelliDox qui permet des Bump Tests plus rapides, r®duction de la consommation de gaz, possibilit®de personnalisation en fonction des besoins op®rationnels.

Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Poids: 92 g
Humidit®: 5% - 95% UR (sans condens®)
Alarm visuel, ¨ vibration, acoustique (95 dB) Baisse/Haute
Test: Les d®tecteurs activ®s ex®cutent automatiquement un test de diagnostic interne une fois par 24 heures.
Degr®de protection IP 66/67

Certifications: Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
Classe I,Zone 0, Groupe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
		Sur commande: U En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	ATEX Valeurs:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valeurs:Ex ia IIC T4 Ga	Id®al pour d®t®cter la pr®sence d' Oxyg¯ne. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien