SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: BW CLIP O2 2 anni	**Codice: FG110005**	**FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS**

Descrizione

Il rilevatore monogas BW Clip O2 ¯ l'ideale per chi svolge attivit¨ in ambienti pericolosi. Funziona fino a due anni senza manutenzione: Ê sufficiente attivare il dispositivo affinch®questo funzioni costantemente, senza alcuna taratura, sostituzione dei sensori n®sostituzione o carica della batteria.

Caratteristiche:
- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori odelle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
-Spia lampeggiante ad ampia visibilit¨ con allarme acustico e a vibrazione simultaneo
- Registrazione automatica dei 35 eventi pi½recenti di presenza di gas e dei risultati del test ad impatto
- Resistente allâacqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests pi½veloci, riduzione del consumo di gas, possibilit¨ di personalizzazioni in base alle necessit¨ operative

Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Umidit¨ : 5% - 95% UR (senza condensa)
Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB): Basso, elevato
Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.
Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	ATEX Valori:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valori:Ex ia IIC T4 Ga	In ambienti con possibili concentrazioni di gas. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza	Manutenzione