



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

SCHEDA TECNICA

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: BW CLIP CO 3 ANNI	Codice: FG110006	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS BW
--------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Il rilevatore di gas BW CLIP CO 3 ANNI è un dispositivo elettronico a batteria, progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio (CO) in ambienti chiusi. Il dispositivo è impermeabile e resiste a temperature estreme. È dotato di un display LCD che mostra il livello di concentrazione di CO in ppm (parti per milione) e di un pulsante per il test. Il rilevatore esegue automaticamente test diagnostici ogni 24 ore e registra i risultati. È compatibile con il sistema MicroDock II e IntelliDox.

Caratteristiche:

- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori odelle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
- Registrazione automatica dei 35 risultati del test ad impatto
- Resistente all'acqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests simultaneo



Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Peso: 92 g

Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)

Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB): Basso, elevato

Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.

Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D

Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4

DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria	Colore	Ö3 [] 333e/æ æ UNICA
Ù~ æ 3e/æ d } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze In ambienti con possibili concentrazioni di gas. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,