SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: D£TECTEUR DE GAZ MICROCLIP XL 1 GAZ LEL	**Code: FG110007**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ**

Description

Gas Alert Microclip XL 1 Gas rel¯ve 1 gaz (Combustibles).
Caract®ristiques principales: degr®de protection IP68, r®sistante ¨ l'eau jusqu'¨ 1,2 m. Dur®e de la batterie jusqu'¨ 18 heures, fonctionnement avec une seule touche. Fiables performances des batteries, technologie ReflexÊ pour assurer la r®activit®du capteur, compact, l®ger et facile ¨ utiliser, le signal vert clignotant IntelliFlashÊ assure une confirmation visuelle imm®diate. Capteur d'oxyg¯ne compl¯tement nouveau.
Garantie 2 ans.

Caract®ristique:
- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures, jusqu'¨ -20 ÁC
- Batterie rechargeable au lithium-polym¯re ¨ longue durabilit®test®e pour durer dans des environnements extr°mes.
- Ergonomique, l®ger et facile ¨ porter
- Indication en temps r®el des concentrations de gaz sur lôaffichage ¨ cristaux liquides
- Barres dôalarme lumineuse ¨ grand angle
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la poussi¯re et l'eau: jusqu'¨ 45 minutes ¨ une profondeur de 1,2 m
- Fonctionnement simple avec une seule touche et gr©ce ¨ des ic¹nes intuitives.
- Technologie IntelliFlash permettant ¨ lôutilisateur de sôassurer de la conformit®et du bon fonctionnement du d®tecteur
- Autotest pleines fonctions v®rifiant le capteur, lôtat de la batterie, lôint®grit®des circuits et lôalarme sonore/visuelle ¨ la mise en marche.

Dimensions: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm;
Poids: 179 g
R®sistant ¨ temp®ratures de -20 ÁC ¨ 50ÁC,
Humidit®: de 0 ¨ 95% d'humidit®relative (sans condensation)
Alarme visuelle, vibrante et sonore (95dB).Basse, haute, VLE, VME et OL (d®passement dôchelle).
Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Il se recharge en moins de 6 heures
Options de l'utilisateur:
Bip de bon fonctionnement; R®glage de lôintervalle VLE;
Activation/d®sactivation des capteurs; Alarmes ¨ verrouillage; Mode dôaffichage de s®curit®; Mode discr®tion; Verrouillage de lôtalonnage; Mise ¨ z®ro automatique ¨ la mise en marche; £talonnage automatique dôO2 ¨ la mise en marche; R®glage de lôintervalle de test fonctionnel; Fr®quence du signal; IntelliFlash; Mesure des gaz combustibles (% LIE ou % par volume pour le m®thane); Concentration de gaz dôtalonnage r®glable par lôutilisateur; Test fonctionnel forc®en cas de d®passement dôch®ance; £talonnage forc®en cas de d®passement dôch®ance; Acquittement de lôalarme basse; Choix de la langue (5)
R®glage dôun message de mise en marche personnalis®.

Valeurs nominales i IP68: jusqu'¨ 45 minutes ¨ 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformit®Europ®enne; KTL

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

		Sur commande: U En stock:
Quantit®/Condt. **1**	Normative de r®f®rence EN 60079-0 EN 60079-11 ATEX Valeurs:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEX Valeurs:Ex da ia IIC T4 Ga	Avertissements Id®al pour d®t®cter la pr®sence de Combustibles. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien