SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: D£T GAZ MICROCLIP XL 4 GAZ LEL/O2/H2S/CO	**Code: FG110009**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ**

Description

Gas Alert Microclip XL 4 Gas rel¯ve 4 gaz (Combustibles, Oxyg¯ne, Sulfure d'hydrog¯ne, Monoxyde de carbone).
Caract®ristiques principales: degr®de protection IP68, r®sistante ¨ l'eau jusqu'¨ 1,2 m. Dur®e de la batterie jusqu'¨ 18 heures, fonctionnement avec uneseule touche. Fiables performances des batteries, technologie ReflexÊ pour assurer la r®activit®du capteur, compact, l®ger et facile ¨ utiliser, le signal vert clignotant IntelliFlashÊ assure une confirmation visuelle imm®diate. Capteur d'oxyg¯ne compl¯tement nouveau. Garantie 2 ans.

Caract®ristique:
- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures, jusqu'¨ -20 ÁC
- Batterie rechargeable au lithium-polym¯re ¨ longue durabilit®test®e pour durer dans des environnements extr°mes.
- Ergonomique, l®ger etfacile ¨ porter
- Indication en temps r®el des concentrations de gaz sur lâaffichage ¨ cristaux liquides
- Barres dâalarme lumineuse ¨ grand angle
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la poussi¯re et l'eau: jusqu'¨ 45 minutes ¨ une profondeur de 1,2 m
- Fonctionnement simple avec une seule touche et gr©ce ¨ des ic¹nes intuitives.
- Technologie IntelliFlash permettant ¨ lôutilisateur de sâassurer de la conformit®et du bon fonctionnement du d®tecteur
- Autotest pleines fonctions v®rifiant le capteur, lô®tat de la batterie, lôint®grit®des circuits et lâalarme sonore/visuelle ¨ la mise en marche

Dimensions: 11,3x 6,0 x 3,2 cm;
Poids: 179 g
R®sistant ¨ temp®ratures de -20 ÁC ¨ 50ÁC,
Humidit®: de 0 ¨ 95% d'humidit®relative (sans condensation)
Alarme visuelle, vibrante et sonore (95dB). Basse, haute, VLE, VME et OL (d®passement dô®chelle).
Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Il se recharge en moins de 6 heures
Options de l'utilisateur:
Bip de bon fonctionnement; R®glage de lôintervalle VLE;
Activation/d®sactivation des capteurs; Alarmes ¨ verrouillage; Mode dâaffichage de s®curit®; Mode discr®tion; Verrouillage de lô®talonnage; Mise ¨ z®ro automatique ¨ la mise en marche; £talonnage automatique dôO2 ¨ la mise en marche; R®glage de lôintervalle detest fonctionnel; Fr®quence du signal; IntelliFlash; Mesure des gaz combustibles (% LIE ou % par volume pour le m®thane); Concentration de gaz dô®talonnage r®glable par lôutilisateur; Test fonctionnel forc®en cas de d®passement dô®ch®ance; £talonnage forc®en cas de d®passement dô®ch®ance; Acquittement de lâalarme basse; Choix de la langue (5)
R®glage dôun message de mise en marche personnalis®.

Valeurs nominales i IP68: jusqu'¨ 45 minutes ¨ 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformit®Europ®enne; KTL

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Sur commande: U
En stock:

Quantit®/Condt.

1

Normative de r®f®rence

EN 60079-0

EN 60079-11

ATEX

Valeurs:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

IECEX

Valeurs:Ex da ia IIC T4 Ga

Avertissements

Id®al pour d®t®cter la pr®sence de Combustibles, Oxyg¯ne, Sulfure d'hydrog¯ne et Monoxyde de carbone.

Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit fraiset sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien