

**Nome: D T DE GAZ MICROCLIP XL 3 GAZ
O2/LEL/CO**

Code: FG110011

**FG11 APPAREILS  LECTRIQUES
D T CTEURS DE GAZ**

Description

Gas Alert Microclip XL 3 Gas rel ve 3 gaz (Combustibles, Oxyg ne, Monoxyde de carbone).

Caract ristiques principales: degr  de protection IP68, r sistante   l'eau jusqu'  1,2 m. Dur e de la batterie jusqu'  18 heures, fonctionnement avec une seule touche. Fiables performances des batteries, technologie Reflex  pour assurer la r activit  du capteur, compact, l ger et facile   utiliser, le signal vert clignotant IntelliFlash  assure une confirmation visuelle imm di te. Capteur d'oxyg ne compl tement nouveau. Garantie 2 ans.

Caract ristique:

- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures, jusqu'  -20  C
- Batterie rechargeable au lithium-polym re   longue durabilit  test e pour durer dans des environnements extr mes.
- Ergonomique, l ger et facile   porter
- Indication en temps r el des concentrations de gaz sur l'affichage   cristaux liquides
- Barres d'alarme lumineuse   grand angle
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la pouss re et l'eau: jusqu'  45 minutes   une profondeur de 1,2 m
- Fonctionnement simple avec une seule touche et gr ce   des ic nes intuitives.
- Technologie IntelliFlash permettant   l'utilisateur de s'assurer de la conformit  et du bon fonctionnement du d tecteur
- Autotest pleines fonctions v rifiant le capteur, l' tat de la batterie, l' nt  grit  des circuits et l'alarme sonore/visuelle   la mise en marche

Dimensions: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm;

Poids: 179 g

R sistant   temp ratures de -20  C   50  C,

Humidit : de 0   95% d'humidit  relative (sans condensation)

Alarme visuelle, vibrante et sonore (95dB). Basse, haute, VLE, VME et OL (d passement d chelle).

Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Il se recharge en moins de 6 heures

Options de l'utilisateur:

Bip de bon fonctionnement; R glage de l'intervalle VLE;
Activation/d sactivation des capteurs; Alarmes  verrouillage; Mode d'affichage de s curit ; Mode discr tion; Verrouillage de l' talonnage;
Mise   z ro automatique   la mise en marche;  talonnage automatique d'O2   la mise en marche; R glage de l'intervalle de test fonctionnel;
Fr quence du signal; IntelliFlash; Mesure des gaz combustibles (% LIE ou % par volume pour le m thane); Concentration de gaz d talonnage r glable par l'utilisateur; Test fonctionnel forc  en cas de d passement d ch nce;  talonnage forc  en cas de d passement d ch nce;
Acquittement de l'alarme basse; Choix de la langue (5)
R glage d'un message de mise en marche personnalis .

Valeurs nominales i IP68: jusqu'  45 minutes   1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D

ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Conformit  Europ enne; KTL



FICHE TECHNIQUE

		Sur commande: U En stock:
Quantité / Cond.	Normative de référence EN 60079-0 EN 60079-11 ATEX Valeurs: II 1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEX Valeurs: Ex da ia IIC T4 Ga	Avertissements Idéal pour démontrer la présence de Combustibles, Oxygène, Monoxyde de carbone. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait état, autrement, procéder à sa substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière.
1		
Déclaration		Guide d'entretien