

Nome: Gas alert MICROCLIP XL 2 gas H2S/ CO	Codice: FG110031	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
---	-------------------------	--

Descrizione

Gas Alert Microclip XL 2 GAS rileva 2 gas (Acido solfidrico e Monossido di carbonio).

E' dotato di: un grado di protezione pari a IP68 per un'impermeabilit  fino a 45 minuti a una profondit  di 1,2 m. Durata della batteria di 18 ore, funzionamento con un solo pulsante. Prestazioni affidabili delle batterie, Tecnologia Reflex  per garantire la reattivit  del sensore, compatto, leggero e di semplice utilizzo, luce verde intermittente IntelliFlash  per una conferma visiva immediata.

Garanzia di due anni.

-   Ergonomico e facilmente indossabile
-   Concentrazioni di gas in tempo reale visualizzate su display LCD
-   Funzione di autotest per il controllo integrit  sensori, stato batteria, integrit  circuiti e allarmi acustici/visivi
-   Funzione IntelliFlash: conferma visiva costante delle condizioni operative e di efficienza del rilevatore tramite luce verde lampeggiante
-   Funzionamento con un solo pulsante
-   Compatibile con sistema di gestione IntelliDox per bump test e calibrazione
-   Tecnologia Wireless Bluetooth  Low Energy (BLE)
-   Registrazione dati e registrazione dei 10 eventi pi  recenti di presenza di gas
-   Alto grado di protezione da polvere e acqua IP68 (fino a 45 minuti a una profondit  di 1,2 mt)
-   Guscio di protezione antiurto e resistente all'acqua
-   Batterie ricaricabili, testate per durare in ambienti estremi
-   Tipi di allarme: visivo, a vibrazione, acustico (95 dB); Basso, Alto, TWA, STEL, Fuori Scala (OL)
-   Resiste a temperature da - 20  C a 50  C
-   Garanzia 2 anni
-   Dimensioni 11,3 x 6 x 3,1 cm
-   Peso 190 gr

Certificazioni: Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformit  europea; KTL



Categoria	Colore	Disponibilit� Taglie
		Su produzione: U A magazzino:
Quantit� Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

1

EN 60079-0

EN 60079-11

ATEX

Valori:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

IECEX

Valori:Ex da ia IIC T4 Ga

Destrezza

In ambienti con possibili concentrazioni di gas.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione