



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Name: GAS ALERT MAX XT II 4 GAS<br>LEL/O <sub>2</sub> /CO/H <sub>2</sub> S | Code: FG110032 | : ; %9 @ ? HFC5I GFy GHI B; ' 6 K '<br>GASDETEKTOREN |
|--|----------------|--|

**Beschreibung und Materialien**

Gas Alert Max XT II 4 GAS erfasst gleichzeitig 4 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid).  
an und ist ausgestattet mit:  
- Interne Motorpumpe und 3 m langer Probennahmeschlauch zur  
- Moderne Mikroprozessoren, katalytische und elektrochemische Sensoren zum einfachen Einsetzen und Austauschen.  
- Niedrig-, Hoch- und TWA-Alarme (zeitgewichteter Durchschnitt), STEL  
- Akustische (95 dB), optische und Vibrationsalarme.  
- Wiederaufladbare Batterien.  
- Kompakt 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.  
- Gewicht 328 g.



**ATEX-ZERTIFIZIERUNG**

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Kategorie                 | Farben   | U   |
| Menge pro Karton<br><br>1 | Bezugsnorm<br>EN 60079-0<br><br>EN 60079-11<br><br>EN 60079-26 | Wichtige Hinweise<br>durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. |
| Fingerfertigkeit          |  | Pflegehinweise  |