



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Gas alert MAX XT II 4 gas LEL/O2/CO/H2S	Code: FG110032	: ; %9 @ ? HFC5I GFy GHI B; ' GASDETEKTOREN
--	-----------------------	--

Beschreibung und Materialien

Gas Alert Max XT II 4 GAS erfasst gleichzeitig 4 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid).

an und ist ausgestattet mit:

- Interne Motorpumpe und 3 m langer Probennahmeschlauch zur

- Moderne Mikroprozessoren, katalytische und elektrochemische Sensoren zum einfachen Einsetzen und Austauschen.

- Niedrig-, Hoch- und TWA-Alarme (zeitgewichteter Durchschnitt), STEL

- Akustische (95 dB), optische und Vibrationsalarme.

- Wiederaufladbare Batterien.

- Kompakt 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.

- Gewicht 328 g.



ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie	Farben	Ö:4i ^} Auf Bestellung gefertigt: U X[êcá kÁ
-----------	--------	---

Menge pro Karton	Bezugsnorm EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26 ATEX Werte:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEX Werte:Ex ia IIC T4 Ga	Wichtige Hinweise durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
------------------	--	---

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
------------------	----------------