SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gas alert MAX XT II 4 gas LEL/O2/CO/H2S	**Codice: FG110032**	**FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS**

Descrizione

Gas Alert Max XT II 4 Gas rileva contemporaneamente 4 gas (Combustibili, Ossigeno, Acido Solfidrico, Monossido di carbonio).
- Mostra costantemente la concentrazione del gas sul display ed ¯ dotato di:
- Funzione di autotest per il controllo integrit¨ sensori, stato batteria, integrit¨ circuiti e allarmi acustici/visivi.
- Pompa motorizzata interna e tubo di campionatura di 3 mt per controllare presenza di gas in spazi confinati.
- Guscio di protezione antiurto e water resistant.
- Microprocessori avanzati, sensori catalitici ed elettrochimici di semplice inserimento e sostituzione.
- Allarme basso, elevato, TWA (media ponderata nel tempo), STEL(limite di esposizione a breve termine) per i gas tossici, e allarme OL (fuori soglia) per gas combustibili, batteria esaurita.
- Allarme acustico (95 dB), visivo e a vibrazione.
- Batterie ricaricabili.
- Compatto 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.
- Peso 328 gr.

CERTIFICAZIONE ATEX

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26 ATEX Valori:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEX Valori:Ex ia IIC T4 Ga	In presenza di LEL, O2, CO, H2S. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza	Manutenzione