SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Gas alert MICRO 5 H2S/CO/O2/LEL/SO2	**C· digo: FG110033**	**FG11 EQUIPOS EL£CTRICOS DETECTORES DE GASES**

Descripci· n

Gas Alert Micro 5 puede controlar hasta 5 tipos potenciales de gases (§cido sulfh²drico, mon· xido de carbono, ox²geno, combustibles, di· xido de azufre).

CERTIFICACIč N ATEX

Categor²a	Color	Tallas
		Por encargo: U En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-11 EN 60079-26 ATEX Valores:II 1G Ex da ia IIC T4 or 135.3ÁC Ga (M5), II 2 G Ex d ia IIC T4 or 135.3ÁC Gb (M5IR) IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado