SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Gas alert MAX XT II - m/koffer+kalib.kit	**Code: FG110037**	**FG11 ELEKTROAUSR¦ STUNG GASDETEKTOREN**

Beschreibung und Materialien

Gas Alert Max XT II mit Koffer und Kalibrierset, erfasst gleichzeitig 4 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid). Im Koffer enthalten sind Detektor, Batterien, schlagfestes Gehªuse, Kalibrierflasche, Druckregler und 3 m Probenahmeschlauch.

Gas Alert Max XT II zeigt stªndig die Gaskonzentration auf dem Display an und ist ausgestattet mit:
- Selbsttestfunktion zur ¦berpr¿fung der Sensorintegritªt, des Batteriestatus, der Schaltkreisintegritªt und akustischer/visueller Alarme.
- Interne Motorpumpe und 3 m langer Probenahmeschlauch zur ¦berpr¿fung auf Gas in engen Rªumen.
- StoÇsichere und wasserfeste Schutzh¿lle.
- Moderne Mikroprozessoren, katalytische und elektrochemische Sensoren zum einfachen Einsetzen und Austauschen.
- Niedrig-, Hoch- und TWA-Alarme (zeitgewichteter Durchschnitt), STEL (Short Term Exposure Limit) f¿r toxische Gase und OL (Out of Threshold) Alarm f¿r brennbare Gase, schwache Batterie.
- Akustische (95 dB), optische und Vibrationsalarme.
- Wiederaufladbare Batterien.
- Kompakt 13,1x 7,0 x 5,2 cm.
- Gewicht 328 g.

ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie	Farben	Grº Çen
		Auf Bestellung gefertigt: U Vorrªtig:

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
1	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise