



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: GAS ALERT MAX XT II - M/KOFFER +KALIBR.KIT	Code: FG110037	: ; %/9 @ ? HFC5I GFy GHI B; '6 K ' GASDETEKTOREN
---	-----------------------	--

Beschreibung und Materialien

Gas Alert Max XT II mit Koffer und Kalibrierset, erfasst gleichzeitig 4 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid). Im Lieferumfang sind enthalten: 1 Kalibrierflasche, Druckregler und 3 m Probenahmeschlauch.



- Interne Motorpumpe und 3 m langer Probenahmeschlauch zur Probenahme
- Moderne Mikroprozessoren, katalytische und elektrochemische Sensoren zum einfachen Einsetzen und Austauschen.
- Niedrig-, Hoch- und TWA-Alarme (zeitgewichteter Durchschnitt),
- Akustische (95 dB), optische und Vibrationsalarne.
- Wiederaufladbare Batterien.
- Kompakt 13,1x 7,0 x 5,2 cm.
- Gewicht 328 g.

ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie	Farben	U
Menge pro Karton 1	Bezugsnorm EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26	Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise