SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Malet²n gas alert MAX XT II set calibr	**C· digo: FG110037**	**FG11 EQUIPOS EL£CTRICOS DETECTORES DE GASES**

Descripci· n

Gas Alert Max XT II con malet²n y set de calibraci· n, detecta al mismo tiempo 4 tipos de gases (combustibles, ox²geno, §cido sulfh²drico, mon· xido de carbono). El malet²n incluye el detector, las bater²as, la carcasa de protecci· n contra golpes, la botella de calibraci· n, el regulador de presi· n y el tubo de muestreo de 3 m.

Gas Alert Max XT II muestra constantemente la concentraci· n del gas en la pantalla y est§ equipado con:
- Funci· n de prueba autom§tica para el control de integridad de los sensores, estado de la bater²a, integridad de los circuitos y alarmas ac½sticas/visuales.
- Bomba motorizada interna y tubo de muestreo de 3 m para controlar la presencia de gases en espacios confinados.
- Carcasa de protecci· n contra los golpes y resistente al agua.
- Microprocesadores avanzados, sensores catal²ticos y electroqu²micos f§ciles de instalar y reemplazar.
- Alarma baja, alta, media ponderada en el tiempo (TWA), l²mite de exposici· n a corto plazo (STEL) para gases t· xicos, y alarma de fuera de umbral (OL) para gases combustibles, bater²a agotada.
- Alarma ac½stica (95 dB), visual y vibratoria.
- Bater²as recargables.
- Compacto 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.
- Peso: 328 g.

CERTIFICACIč N ATEX

Categor²a	Color	Tallas
		Por encargo: U En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado