SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gas alert QUATTRO 4 gas LEL/O2/H2S/CO	**Codice: FG110039**	**FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS**

Descrizione

Gas Alert Quattro 4 Gas, robusto ed affidabile, combina una gamma completa di funzioni con la semplicit¨ di un singolo pulsante. Rileva contemporaneamente 4 gas (Combustibili, Ossigeno, Acido solfidrico, Monossido di carbonio).

Mostra costantemente la concentrazione del gas sul display e mostra chiare icone che indicano informazioni di funzionamento.
E' dotato di:
- Funzione Intelliflash: conferma visiva costante delle condizioni operative e di efficienza del rilevatore tramite luce verde lampeggiante;
- Funzione diautotest per il controllo integrit¨ sensori, stato batteria, circuiti e allarmi acustici/visivi;
- Guscio di protezione antiurto ewater resistant.
- Microprocessori avanzati, sensori catalitici ed elettrochimici di semplice inserimento e sostituzione;
- Allarme basso, elevato, TWA (media ponderata nel tempo), STEL (limite di esposizione a breve termine) per i gas tossici, e allarme OL (fuori soglia) per gas combustibili;
- Batterie ricaricabili;
- Allarme acustico (95 dB), visivo (sei LED rossi) e a vibrazione;
Compatto nelle dimensioni: 13,0x8,1x4,7 cm
Peso: 316 gr

CERTIFICAZIONE ATEX

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26	In presenza di LEL, O2, H2S, CO. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza	Manutenzione