SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Gas alert MICRO 5 IR CO2IR/LEL/O2/CO/H2	**Code: FG110042**	**FG11 ELEKTROAUSR¦ STUNG GASDETEKTOREN**

Beschreibung und Materialien

Gas Alert Micro 5 IR kann bis zu 5 gefª hrliche Gase (Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Sauerstoff, brennbare Gase, Kohlendioxid) ¿ber einen Infrarotsensor ¿berwachen.

Zeigt stª ndig die Gaskonzentration auf dem Display an und stellt ¿bersichtliche Icons mit Betriebsinformationen dar; mit einer stoÇfesten und wasserdichten Schutzh¿lle ausgestattet; Daten- und Ereignisaufzeichnung.

ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Kategorie	Farben	Grº Çen
		Auf Bestellung gefertigt: U Vorrª tig:

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
1	EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-11 EN 60079-26 ATEX Werte:II 1G Ex da ia IIC T4 or 135.3ÁC Ga (M5), II 2 G Ex d ia IIC T4 or 135.3ÁC Gb (M5IR) IECEX Werte:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise