SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Detector BW solo H2S wireless	**C· digo: FG110110**	**FG11 EQUIPOS EL£CTRICOS DETECTORES DE GASES**

Descripci· n

Detector de un solo gas con sensores de la serie 1 para H2S.
Garantiza una alta precisi· n, larga duraci· n y un tiempo de respuestar§pido del sensor para los gases detectados con mayor frecuencia.
Ł Soporta temperaturas de -40 ÁC a 60 ÁC.
Ł Pantalla f§cil de leer en varios idiomas.
Ł Funcionamiento con un solo bot· n.
Ł Medidas: 7,0 x 6,7 x 3,6 cm.
Ł Peso de 103 a 116 g,seg¼n el sensor instalado.
Ł Alarma: Visual, vibratoria, ac½stica (95 dB); baja, alta, media ponderada en el tiempo (TWA), l²mite de exposici· n a corto plazo (STEL), no conformidad.
El detector de un solo gas presenta un f§cil mantenimiento, no debe desmontarse para la sustituci· n de los sensores, las bater²as y los filtros de los sensores.
Duraci· n del sensor de 5 a¶os. Garant²a de 3 a¶os.

Categor²a	Color	Tallas
		Por encargo: U En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	ATEX Valores:II 1G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado